

TABLA DE CORRECCION DE VALORES DE LACTATO

<u>Cantidad</u>	<u>Factor</u>
5 ulitros	11,00
7 ulitros	8,14
8 ulitros	7,25
9 ulitros	6,55
10 ulitros	6,00
12 ulitros	5,17
15 ulitros	4,33
17 ulitros	3,94
18 ulitros	3,78
20 ulitros	3,50
22 ulitros	3,27
25 ulitros	3,00

En casos de ingresar menor cantidad de los 25 umicrolitros, multiplicar el valor del display por el factor correspondiente.